



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L24404)

兹证明:

代傲表计(济南)有限公司中心实验室

(法人: 代傲表计(济南)有限公司)

山东省济南市高新区世纪大道 2566 号济南迪亚双创产业园


11 号楼 F1-F2, 250104

符合 ISO/IEC 17025: 2017 《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01 《检测和校准实验室能力认可准则》) 的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2025-10-31

截止日期: 2031-10-30



中国合格评定国家认可委员会授权人

张朝华

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

名称：代傲表计（济南）有限公司中心实验室

地址：山东省济南市高新区世纪大道 2566 号济南迪亚双创产业园 11 号楼 F1-F2

注册号：CNAS L24404

生效日期：2025 年 10 月 31 日 截止日期：2031 年 10 月 30 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 1 认可的实验室关键场所一览表

关键场所	地址代码	地址/邮编	设施特点	主要活动	说明	生效日期
	A	山东省济南市高新区世纪大道 2566 号 济南迪亚双创产业园 11 号楼 F1- F2/250104	I	(1), (3), (4), (5)		2025-10-31

注：

1. 设施特点包括 I 固定、II 离开固定设施、III 临时、IV 可移动、V 其他。
2. 主要活动包括 (1) 检测、(2) 校准、(3) 签发报告/证书、(4) 样品接收、(5) 合同评审、(6) 其他。



No. CNAS L24404

在线扫码获取验证

名称：代傲表计（济南）有限公司中心实验室

地址：山东省济南市高新区世纪大道 2566 号济南迪亚双创产业园 11

号楼 F1-F2

注册号：CNAS L24404

生效日期：2025 年 10 月 31 日 截止日期：2031 年 10 月 30 日

附件 2 认可的授权签字人及领域

序号	姓名	授权签字领域	说明	生效日期
1	周春丽	饮用冷水水表检测		2025-10-31



名称：代傲表计（济南）有限公司中心实验室

地址：山东省济南市高新区世纪大道 2566 号济南迪亚双创产业园 11 号楼 F1-F2

注册号：CNAS L24404

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 10 月 31 日 截止日期：2031 年 10 月 30 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	饮用冷水水表	1	确定（示值） 误差试验	饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法 GB / T 778.2-2018 7.4	只测 DN25~DN100，不测复式水表，不包括按照 7.4.5 执行合格判定	2025-10-31
		2	逆流试验	饮用冷水水表和热水水表 第 2 部分：试验方法 GB / T 778.2-2018 7.8	只测 DN25~DN100，不测 7.8.3.1 e) 和 7.8.8.3 防逆流水表，不包括按照 7.8.4 执行合格判定	2025-10-31



No. CNAS L24404

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	零流量试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.17	只测 DN25~DN100，不包括按照 8.17.4 执行合格判定	2025-10-31

认可证书附件



No. CNAS L24404

在线扫码获取验证